

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 05 – 26.06.2026	

MI390	Lettino da visita medica elettrico – LYTUS – 90 cm
--------------	---

Destinazione d'uso
Letto da visita medica destinato all'utilizzo nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio del paziente.

Caratteristiche principali
Lettino con altezza e schienale regolabili elettricamente. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 30 alta 5 cm. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente 1M. Portarotolo opzionale.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34870
Codice di classificazione EMDN - CND	V080603
Numero di repertorio	2418309

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Scatola di Cartone.
Movimentazione	Elettrica con motori LINAK
Peso Max	200 Kg
Classe di Isolamento	Classe 2
Parte Applicata	Tipo B
Alimentazione	220-240V AC 50 Hz 2,5A
Tensione in uscita dalla centralina	24 V DC
Classe di protezione	IP X6
Rumorosità	< 45 dB
Forza richiesta per attivazione telecomando	5 N
Inclinazione schienale	Max 60°

MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio
Rivestimento	Poliuretano – Similpelle
DIMENSIONI	
Altezza	52 – 92 Cm
Ingombro massimo	202 x 90 Cm
Dimensioni piano	202 x 90 Cm
Peso	75 Kg
Dimensioni imballo	204 x 94 x 53,5h Cm
Peso imballo	86 Kg
COLORI DISPONIBILI	
MI390BLU – Blu	MI390B – Bianco
MI390N – Nero	MI390V – Verde