SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD** Rev. 01 – 11.11.2026

RL150	Telo in PVC per lavaggio paziente

Destinazione d'uso

Ausilio destinato al lavaggio a letto di persone con problemi motori

Caratteristiche principali

Il telo RL150 è realizzato in PVC (polivinilcloruro), materiale idoneo all'uso sanitario grazie alle sue proprietà di resistenza, impermeabilità e facilità di sanificazione. Permette di eseguire il lavaggio della persona assistita direttamente a letto, in ambito domiciliare e sanitario.
Il telo si posiziona sotto l'assistito facendo scorrere la sponda laterale rigida, aiutandosi con le apposite maniglie; gli angoli si fissano al letto con i lacci in velcro.
Dotato di sistema di scarico composto da imbuto in plastica, ghiera in plastica con tappo e tubo in PVC, che convoglia l'acqua in un contenitore predisposto.
Superficie utilizzabile 190 × 90 cm, peso 5 kg. Lavabile e disinfettabile, idoneo al riutilizzo previo ricondizionamento.
Il telo non svolge funzione di contenimento del paziente e dell'acqua e non deve essere utilizzato per il trasporto di persone.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI	
Fabbricante	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*CINA*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Codice Classificazione CND	*Y093399*
Numero RDM	*3109174*
Conformità CE	*Reg. UE 2017/745*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Materiale	*PVC (polivinilcloruro)*
Superficie utilizzabile	*L 190 × P 90 cm*
Superficie totale	*L 241 × P 132 cm*
Peso	*5 Kg*

ARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Componenti in dotazione	*Telo; imbuto e ghiera con tappo in plastica; tubo in PVC*
Posizionamento	*Sponda laterale rigida e maniglie*
Fissaggio al letto	*Lacci in velcro sugli angoli*
Pulizia	*Acqua tiepida e detergente neutro privo di cloro*
Disinfezione	*Disinfettante compatibile con materiali plastici (es. alcol 70%)*
Classificazione (ISO 17664)	*Dispositivo non critico*
Riutilizzabile	*Sì, previo ricondizionamento*
Manutenzione preventiva	*Controllo almeno ogni 2 anni*
Durata del dispositivo	*10 anni*
Garanzia	*2 anni*
Confezione	*Non sterile*