



Invalidska kolica Ardea One PRIRUČNIK ZA UPORABU

SADRŽAJ

1. ŠIFRE	PAG.3
2. UVOD	PAG.3
3. NAMJENA	PAG.3
4. EU IZJAVA O SUKLADNOSTI	PAG.3
5. OPĆA UPOZORENJA	PAG.4
6. KORIŠTENI SIMBOLI	PAG.4
7. OPĆI OPIS	PAG.5
7.1 Izgled i popis dijelova	pag. 5
8. MONTIRANJE/DEMONTIRANJE	PAG.5
8.1 Otvaranje	pag. 5
8.2 Zatvaranje	pag. 6
8.3 Postavljanje/uklanjanje oslonaca za ruke	pag. 6
8.4 Postavljanje/uklanjanje bočnih ili podiznih oslonaca za noge	pag. 6
8.5 Podešavanje bočnih oslonaca za noge	pag. 7
8.6 Podešavanje podiznih oslonaca za noge (OPCIJSKI)	pag. 7
8.7 Postavljanje/uklanjanje malih stražnjih kotača (samo za GO!)	pag. 7
8.8 Podešavanje kočnica s malim stražnjim kotačima (samo za GO!)	pag. 8
8.9 Postavljanje/uklanjanje velikih stražnjih kotača (samo za START/START2 i START3)	pag. 8
8.10 Podešavanje kočnica s velikim stražnjim kotačima (samo za START/START2 i START3)	pag. 8
9. PRIJE SVAKE UPORABE	PAG.9
10. UPOZORENJA ZA UPORABU	PAG.9
11. NAČIN UPORABE	PAG.9
11.1 Sjedenje u invalidska kolica	pag. 9
11.2 Izlaženje iz invalidskih kolica	pag. 9
11.3 Stube i visinske razlike (savjeti za što bolje samostalno suočavanje s njima)	pag. 9
11.4 Uporaba oslonaca za ruke	pag. 10
11.5 Uporaba kotača za samostalno kretanje	pag. 10
11.6 Uporaba malih kotača	pag. 10
11.7 Uporaba malih kotača za uske prolaze (u serijskoj opremi kod modela s brzim otpuštanjem)	pag. 10
11.8 Prijevoz na prijevoznim sredstvima	pag. 10
12. ODRŽAVANJE	PAG.11
13. ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA	PAG.11
13.1 Čišćenje obloga i ispuna	pag. 11
13.2 Čišćenje okvira i metalnih dijelova	pag. 11
13.3 Čišćenje kotača i kočnica	pag. 11
13.4 Dezinfekcija	pag. 11
14. UVJETI ZA ODLAGANJE	PAG.11
15. REZERVNI DIJELOVI I DODATNA OPREMA	PAG.11
16. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	PAG.12
16.1 Dimenzije	pag. 12
16.2 Tehničke specifikacije	pag. 12
17. JAMSTVO	PAG.13
17.1 Popravci	pag. 13
17.2 Rezervni dijelovi	pag. 13
17.3 Odricanje od odgovornosti	pag. 13

CE Medicinski proizvod klase I
UREDBA (EU) 2017/745 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima

1. ŠIFRE

- CP100B-xx** Serija **START** kotači 60 cm – **Sklopiva, samostalno kretanje**
CP100R-xx Serija **START** kotači 60 cm – **Sklopiva, samostalno kretanje**
CP103R-xx Serija **START2** kotači 60 cm – **Sklopiva, samostalno kretanje**
CP103B-xx Serija **START2** kotači 60 cm – **Sklopiva, samostalno kretanje**
CP104-xx Serija **START3** kotači 60 cm – **Sklopiva, samostalno kretanje, dvostruki križni nosač, dvostruki otvor**
CP105-xx Serija **START3 GO!** kotači 30 cm – **Sklopiva, prolazak kroz uske prostore, dvostruki križni nosač, dvostruki otvor**
CP500B-xx Serija **GO!** kotači 30 cm – **Sklopiva, prolazak kroz uske prostore**
CP500R-xx Serija **GO!** kotači 30 cm – **Sklopiva, prolazak kroz uske prostore**
CP505-xx Serija **GO!2** kotači 30 cm – **Sklopiva, prolazak kroz uske prostore, dvostruki križni nosač**
(**R** = Crveno; **B** = Plavo; **xx** = Pokazuje mjere raspoloživog sjedala, npr. 40-43-45-48-50 cm, 38 i 46 cm samo za plavu boju)

2. UVOD

Hvala što ste odabrali invalidska kolica **ARDEA ONE** by Moretti S.p.A., izrađena za kretanje osoba smanjene pokretljivosti i u kući i izvan nje, na putovanju ili pri jednostavnim svakodnevnim aktivnostima. Ovaj priručnik za uporabu sadrži male prijedloge za pravilnu uporabu pomagala koje ste odabrali i dragocjene savjete za vašu sigurnost. Savjetujemo da prije uporabe invalidskih kolica pažljivo i u cijelosti pročitate ovaj priručnik. U slučaju dvojbi molimo vas da se obratite prodavatelju koji će vam znati pomoći i pravilno vas savjetovati.

Napomena: kontrolirajte sve dijelove invalidskih kolica, da tijekom slanja nisu pretrpjeli štetu. U slučaju oštećenja nemojte se služiti proizvodom i obratite se prodavatelju radi daljnjih uputa.

3. NAMJENA

Ova su invalidska kolica namijenjena mobilnosti osoba s teškoćama u kretanju, a mogu se koristiti samostalnim kretanjem (ako imaju velike stražnje kotače) odnosno uz pomoć pratitelja. U svim slučajevima ipak se zahtijeva intervencija pratitelja za razna podešavanja za kojima se ukaže potreba.



PAŽNJA!

- Zabranjena je uporaba sljedećeg pomagala za svrhe drukčije od onih definiranih u ovom priručniku.
- Moretti S.p.A. otklanja svaku odgovornost za štetu do koje je došlo zbog neprikladne uporabe pomagala ili uporabe drukčije od one navedene u ovom priručniku.
- Proizvođač pridržava pravo vršenja izmjena na pomagalu i u ovom priručniku bez prethodne obavijesti, a u svrhu poboljšavanja njihovih karakteristika.

4. EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Društvo MORETTI SpA pod isključivom vlastitom odgovornošću izjavljuje da su proizvodi koje ono proizvodi i stavlja u prodaju, a dio su obitelji INVALIDSKA KOLICA ARDEA ONE, u skladu s odredbama

Uredbe 2017/745 od 5. travnja 2017. primjenjivim na MEDICINSKE PROIZVODE.

U tu svrhu MORETTI SpA jamči i pod isključivom vlastitom odgovornošću izjavljuje sljedeće:

1. Predmetni proizvodi zadovoljavaju opće zahtjeve sigurnosti i učinkovitosti određene u Prilogu I. Uredbe 2017/745, a kako to propisuje Prilog IV. navedene Uredbe.
2. Predmetni proizvodi NISU MJERNI INSTRUMENTI.
3. Predmetni proizvodi NISU NAMJENJENI KLINIČKIM ISPITIVANJIMA.
4. Predmetni proizvodi stavljaju se na tržište u ambalaži koja NIJE STERILNA.
5. Smatra se da predmetni proizvodi pripadaju klasi I u skladu s određenim u Prilogu VIII. navedene Uredbe.
6. MORETTI SpA zadržava i stavlja na raspolaganje mjerodavnim tijelima, najmanje 10 godina od datuma proizvodnje posljednje šarže, tehničku dokumentaciju koja dokazuje sukladnost s Uredbom 2017/745.

Napomena: kompletne šifre proizvoda, registracijsku šifru proizvođača (SRN), osnovnu šifru UDI-DI i eventualne referencije na primijenjene norme navode se u EU izjavi o sukladnosti koju MORETTI SPA izdaje i stavlja na raspolaganje putem vlastitih kanala.

HR 5. OPĆA UPOZORENJA

- Za pravilnu uporabu pomagala pažljivo pogledajte ovaj priručnik.
- Za pravilnu uporabu pomagala uvijek se posavjetujte sa svojim liječnikom ili terapeutom.
- Budući da se radi o kartonskoj ambalaži, zapakirani proizvod držite daleko od svakog izvora topline.
- Radni vijek pomagala određuje se putem istrošenosti nepopravljivih i/ili nezamjenjivih dijelova.
- Uvijek posvetite veliku pažnju prisutnosti dijelova u pokretu koji bi mogli zahvatiti udove i prouzročiti tjelesne ozljede.
- Uvijek posvetite pažnju prisutnosti djece.
- Za pravilno podizanje invalidskih kolica treba ih zatvoriti slijedeći upute u ovom priručniku i potom ih uhvatiti za ručke za guranje.
- Nemojte podizati invalidska kolica za odvojive dijelove koji bi se tijekom podizanja mogli neočekivano odvojiti.
- O svakom štetnom događaju do kojeg je došlo u vezi s pomagalom korisnik i/ili pacijent mora obavijestiti proizvođača i mjerodavno tijelo države članice u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalazi.

6. KORIŠTENI SIMBOLI

	Šifra proizvoda
	Jednoznačna identifikacija pomagala
	Serijski broj
	Oznaka CE
	Proizvođač
	Proizvodna šarža
	Pročitati upute u priručniku
	Medicinski proizvod
	Uvjeti za odlaganje
	Maks. težina korisnika

7. OPĆI OPIS


7.1 Izgled i popis dijelova

S obzirom na izabrani model, invalidska kolica sastojat će se od sljedećih elemenata:




A – Osnovni okvir invalidskih kolica


B – Set ključeva za sastavljanje



C – Bočni oslonci za noge




D – Mali stražnji kotači (promjer 30 cm)
model za prolazak kroz uske prostore



E – Veliki stražnji kotači (promjer 60 cm)
model za samostalno kretanje

8. MONTIRANJE/DEMONTIRANJE

8.1 Otvaranje




(SL. 1)

Napomena: pogledajte sigurnosna upozorenja u ovom priručniku za uporabu.

- Uхватite cijevi ručki za guranje i povlačite prema vani pritišćući sjedalo na dolje, no pazite da se invalidska kolica potpuno otvore (SL. 1)

8.2 Zatvaranje



(SL. 2)

- Energično podignite sjedalo i zatvorite invalidska kolica približavajući dvije ručke za guranje (SL. 2)

HR

8.3 Postavljanje/uklanjanje oslonaca za ruke

CP100B-xx / CP100R-xx / CP103R-xx / CP104-xx / CP105-xx / CP500B-xx / CP500R-xx / CP505-xx



(SL. 3)



(SL. 4)

Slike u svrhu ilustracije

- Umetnite oslonce za ruke u stražnji spoj, zatim ih preklopite prema naprijed te zakvačite i u prednji nosač (SL. 3)
- Kako biste ih uklonili pritisnite prednju ručicu za otpuštanje, potom preklopite oslonce za ruke unatrag i povucite stražnji okrugli gumb za otpuštanje da biste ih izvukli (SL. 4)

8.4 Postavljanje/uklanjanje bočnih ili podiznih oslonaca za noge



(SL. 5)

- Da biste postavili i bočne i podizne oslonce za noge poravnajte otvore nosača s odgovarajućim osovinama na okviru invalidskih kolica, zatim okrenite oslonac za nogu na unutra da se ručica za blokiranje pravilno zakvači na okvir invalidskih kolica (SL. 5)
- Za uklanjanje otpustite ručicu oslonca za nogu od okvira invalidskih kolica, zatim ga okrenite prema vani i izvucite prema gore

8.5 Podešavanje bočnih oslonaca za noge

(SL. 6)



- Da biste podesili dužinu oslonaca za noge deblokirajte lijevu sigurnosnu ručicu u donjem dijelu pa pritisnite opružni gumb, kliznite cijev oslonca za nogu sve dok gumb ne uskoči u željeni otvor. Zatim ponovno blokirajte sigurnosnu ručicu. (SL. 6)

8.6 Podešavanje podiznih oslonaca za noge (OPCIJSKI)

HR



(SL. 7)

- Da biste podesili dužinu oslonaca za noge deblokirajte lijevu sigurnosnu ručicu u donjem dijelu pa pritisnite opružni gumb, kliznite cijev oslonca za nogu sve dok gumb ne uskoči u željeni otvor. Zatim ponovno blokirajte sigurnosnu ručicu. SL. 7 (ref. P)
- Kako biste podesili nagib oslonaca za noge pomaknite ručicu istaknutu na SL. 7 (ref. L), zatim – nakon što ste pronašli točno podešenje – otpustite ručicu da se oslonci za noge definitivno blokiraju.

8.7 Postavljanje/uklanjanje malih stražnjih kotača (samo za GO!)

Stražnje kotače promjera 30 cm mora se namjestiti u posljednji otvor dolje na okviru



(SL. 8)

Kotači s fiksnom osovinom (samo za GO!)

- Umetnite mali kotač i blokirajte ga dostavljenom maticom
- Da biste ga uklonili odvijte pričvrсну maticu te izvucite kotač povlačeći ga prema vani

Slika u svrhu ilustracije

8.8 Podešavanje kočnica s malim stražnjim kotačima (samo za GO!)



(SL. 9) Slika u svrhu ilustracije

- Sa stražnjim kotačima promjera 30 cm kočnicu se mora namjestiti na dio okvira kao što se vidi na (SL. 9)

Napomena: podesite udaljenost klizača od kotača tako da kočnica, kad se aktivira, može vršiti takav pritisak da se kotač sigurno blokira.

HR

8.9 Postavljanje/uklanjanje velikih stražnjih kotača (samo za START/START2 i START3)

Stražnje kotače promjera 60 cm mora se namjestiti u središnji otvor na okviru i u onaj gornji od 2 prisutna na modelima START3 (CP104-xx)



(SL. 10)


U slučaju kotača s brzim otpuštanjem (samo za START2 i START3)

- Skinite plastične čepove s otvora i umetnite kotače pritišćući prema okviru sve dok naprava za automatsko blokiranje pravilno ne škljocne (SL. 10)
- Za uklanjanje dovoljno je pritisnuti gumb u središtu kotača da se blokada otpusti te izvući kotač prema vani (SL. 10)

U slučaju kotača s fiksnom osovinom (samo za START)

- Umetnite veliki kotač i blokirajte ga dostavljenom maticom
- Da biste ga uklonili, odvijte pričvrtnu maticu te izvućte kotač povlačeći ga prema vani

8.10 Podešavanje kočnica s velikim stražnjim kotačima (samo za START/START2 i START3)



(SL. 11)

- Sa stražnjim kotačima promjera 60 cm kočnicu se mora namjestiti na rebrasti dio okvira kao što se vidi na (SL. 11), blokirajući klizač kočnice na nosač pomoću dva imbus vijka

Napomene: podesite udaljenost klizača od kotača tako da kočnica, kad se aktivira, može vršiti takav pritisak da se kotač sigurno blokira.

9. PRIJE SVAKE UPORABE

- Uvijek provjerite stanje istrošenosti mehaničkih dijelova u pitanju kako bi se jamčila potpuno sigurna uporaba pomagala za osobe i stvari
- Provjerite je li pomagalo pravilno sastavljeno, obraćajući posebnu pažnju na to jesu li stražnji kotači pravilno stavljeni
- Provjerite je li sjedalo potpuno otvoreno i blokirano u krajnjem položaju (ako nije, snažno još pritisnite sjedalo na dolje, prema okviru)
- Provjerite radi li pravilno kočnica na stražnjima kotačima

10. UPOZORENJA ZA UPORABU

- Invalidskim kolicima ne može se služiti kao sjedalom na motornim vozilima
- Uvijek se uvjerite da je upravljački element kočnice dobro podešen i da radi
- Preporučujemo da tijekom uporabe invalidskih kolica pazite da se prsti ne zahvate u dijelove kao što su kotači ili kočnice
- Podsjećamo da se temperatura površine invalidskih kolica može povisiti kad je ona izložena vanjskim izvorima topline poput sunčeve svjetlosti

11. NAČIN UPORABE

Napomena: pogledajte opća upozorenja u ovom priručniku za uporabu

HR



PAŽNJA!

- Samostalno sjedanje u invalidska kolica i izlaženje iz njih potencijalno je opasna radnja: činite to samo ako ste fizički u stanju i oprezno
- Nemojte se naslanjati na odvojive dijelove, radije na okvir sjedala

NEMOJTE SE OSLANJATI SVOM TEŽINOM NA OSLONCE ZA NOGE TIJEKOM SJEDANJA NA INVALIDSKA KOLICA ILI IZLAŽENJA IZ NJIH: OPASNOST OD PREVRTANJA!!!

11.1 Sjedanje u invalidska kolica

1. Što je moguće više približite invalidska kolica kako biste ih namjestili uz sebe
2. Blokirajte kočnice stražnjih kotača; radi što lakšeg sjedanja u invalidska kolica savjetujemo da uklonite oslonac za ruku na onoj strani na kojoj obavljate te radnje
3. Oslonite se na strukturu okvira podupirući se rukama pa se polako spustite na sjedalo

11.2 Izlaženje iz invalidskih kolica

1. Približite se što je moguće više uz neko drugo sjedalo
2. Blokirajte kočnice stražnjih kotača; radi što lakšeg izlaženja iz invalidskih kolica savjetujemo da uklonite oslonac za ruku na onoj strani na kojoj obavljate te radnje
3. Oslonite ruke na okvir sjedala na koje se morate premjestiti pa, podižući se, polako kliznite prema njemu

11.3 Stube i visinske razlike (savjeti za što bolje samostalno suočavanje s njima)



PAŽNJA!

Ove tehnike vrijede samo za iskusne korisnike invalidskih kolica. U svim drugim slučajevima preporučujemo da vam pomogne pratitelj!

PENJANJE

Stanite uz rub nogostupa ili stube koje morate svladati.

Uravnotežite invalidska kolica na stražnjim kotačima kako bi se prednji kotači podignuli koliko treba da ih se položi na prepreku koju treba svladati. Trupom se nagnite naprijed i energično gurnite prema naprijed obruče na stražnjim kotačima. Nastavite gurati sve dok se stražnjim kotačima ne popnete na prepreku.

SILAŽENJE

Za svladavanje visinske razlike pri silaženju postupite obrnutim redoslijedom. Stražnjim dijelom invalidskih kolica stanite ispred visinske razlike koju morate svladati, energično zadržite obruče stražnjih kotača, zatim se polako spustite sa stube odnosno prepreke; potom uravnotežite invalidska kolica na stražnjim kotačima kako bi se prednji kotači malo podignuli te blago završite silaženje.

**PAŽNJA!**

Preporučujemo da ovu tehniku ne primjenjujete na visinskoj razlici većoj od 10 cm!!!

HR

11.4 Uporaba oslonaca za ruke

Oslonci za ruke mogu biti samo preklopni, samo odvojivi ili preklopni i odvojivi:

Preklapanje oslonca za ruku – Ova je funkcija vrlo praktična pri sjedanju u invalidska kolica ili izlaženju iz njih. Da biste preklopili oslonac za ruku dovoljno je pritisnuti prednju ručicu za otpuštanje i okrenuti ga prema stražnjem dijelu.

11.5 Uporaba kotača za samostalno kretanje

Veliki stražnji kotači (60 cm) služe za samostalno upravljanje invalidskim kolicima. Da biste to učinili, uhvatite obruč na kotaču i gurnite ga u potrebnom pravcu.

11.6 Uporaba malih kotača

Mali stražnji kotači (30 cm) namijenjeni su upravljanju invalidskim kolicima uz pomoć pratitelja koji drži stražnje ručke za guranje.

11.7 Uporaba malih kotača za uske prolaze (u serijskoj opremi kod modela s brzim otpuštanjem)

Ovaj tip kotača služi isključivo za omogućavanje kratkog premještanja invalidskih kolica u cilju prolaska u vrlo uskim prostorima (na primjer kroz vrata dizala). Za uporabu ovih kotačića invalidska kolica treba podignuti da se izvuku stražnji kotači, zatim gurnuti invalidska kolica tako da se oslone na male kotačiće, a potom ponovno namjestiti stražnje kotače.

11.8 Prijevoz na prijevoznim sredstvima

Invalidska kolica su osmišljena za jednostavan prijevoz. Kad se jednom uklone oslonci za noge i za ruke, može ih se zatvoriti i smjestiti na primjer u prtljažnik nekog vozila. Ako to nije moguće zbog nedostatka prostora, smjestite invalidska kolica ispred stražnjeg sjedala tako da budu stabilna i ne mogu se prevrnuti ili skliznuti. Ako je moguće, blokirajte invalidska kolica sigurnosnim pojasom vozila.

12. ODRŽAVANJE

Pomagala iz linije **ARDEA ONE** by Moretti S.p.A. u trenutku stavljanja na tržište temeljito se kontroliraju i imaju oznaku CE. Radi sigurnosti pacijenta i liječnika preporučujemo da najmanje svake 2 godine proizvod date proizvođaču ili ovlaštenom laboratoriju na kontrolu pogodnosti. U slučaju popravaka moraju se rabiti jedino originalni rezervni dijelovi i dodatna oprema. Prije uporabe pomagala izvedite sve provjere i kontrole koje se navode u odlomku "**PRIJE SVAKE UPORABE**" u ovom priručniku za uporabu. Invalidskim kolicima **ARDEA ONE** treba vrlo malo osnovnih periodičnih održavanja nabrojenih u nastavku:

kapacitet kočenja	mjesečno
čišćenje sjedala	prema potrebi

13. ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

13.1 Čišćenje obloga i ispuna

Obloge i ispuni izrađeni su od najlona. Može ih se čistiti vodom i neutralnim sapunom.

HR

13.2 Čišćenje okvira i metalnih dijelova

Okvir i metalne dijelove također se može očistiti vodom i neutralnim sapunom, zatim ih osušiti mekanom krpom da se ne ogrebe lak na okviru.

13.3 Čišćenje kotača i kočnica

Na isti se način mogu očistiti i kotači, vodom i neutralnim sapunom. Posvetite veliku pažnju sušenju: uporaba invalidskih kolica s kotačima koji su još mokri mogla bi biti vrlo opasna.

13.4 Dezinfekcija

Ako proizvod treba dezinficirati, poslužite se običnim dezinfekcijskim sredstvom za čišćenje.

Napomena: apsolutno izbjegavajte uporabu kiselih ili alkalnih proizvoda odnosno otapala kao na primjer acetona ili razrjeđivača.

14. UVJETI ZA ODLAGANJE

U slučaju odlaganja pomagala nemojte se nikad služiti uobičajenim sustavima za odlaganje krutog komunalnog otpada. Preporučujemo da pomagalo odložite u općinsko reciklažno dvorište radi obavljanja predviđenih radnji recikliranja korištenih materijala.

15. REZERVNI DIJELOVI I DODATNA OPREMA

Rezervne dijelove i dodatnu opremu pogledajte isključivo u općem katalogu Moretti.

16. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

16.1 Dimenzije

DIMENZIJE I TEŽINE

Mjere u cm															
CP100B-38								38		56					
CP100x*-40								40		58					
CP100x*-43	103	85	43	91	75	50	42-56	43	60,5	26	17,5	60	20	-	120
CP100x*-45								45		63					
CP100B-46								46		64					
CP100x*-48								48		65					
CP103x*-40								40		58					
CP103x*-43								43		61					
CP103x*-45	103	85	40	91	75	50	42-56	45	63	26,5	19	60	20	-	130
CP103x*-48								48		66					
CP103x*-50								50		68					
CP104-40								40		58					
CP104-43								43		60,5					
CP104-46	103	85	40	91	75	50	42-56	46	64	26,5	19	60	20	-	130
CP104-48								48		66					
CP104-50								50		68					
CP105-40								40		58					
CP105-43								43		60,5					
CP105-46	103	85	40	91	75	50	42-56	46	64	26,5	19	60	20	-	130
CP105-48								48		66					
CP105-50								50		68					
Mjere u cm															
CP500x*-40								40		58					
CP500x*-43								43		61					
CP500x*-45	103	75	43	91	73	50	42-56	45	63	26	15	30	20	-	120
CP500B-46								46		64					
CP500B-48								48		65					
CP505-40								40		58					
CP505-43								43		61					
CP505-45	103	75	43	91	73	50	42-56	45	63	26	15	30	20	-	130
CP505-48								48		65					
CP505-50								50		67					

* "X" označava boju. Mjere se mogu razlikovati za $\pm 0,5$ cm

16.2 Tehničke specifikacije

- Čelični okvir
- Maks. nosivost za CP100x-xx, CP500x-xx: 120 kg
- Maks. nosivost za CP103x-xx, CP104-xx, CP105-xx, CP505-xx: 130 kg
- Prednji PVC kotači promjera 20 cm za CP100x-xx
- Prednji PU kotači promjera 20 cm za CP103x-xx, CP104-xx, CP105-xx, CP500x-xx, CP505-xx
- Stražnji PU kotači promjera 60 cm za CP100x-xx, CP103x-xx, CP104-xx
- Stražnji PU kotači promjera 30 cm za CP105-xx, CP500x-xx, CP505-xx

- **Sjedalo, naslon za leđa i obloga-ispun oslonaca za ruke od najlona**
- **Otpornost na zapaljenje:** materijali korišteni za oblaganje i ispun podvrgnuti su ispitivanju metodama naznačenim u normi EN1021-1/2
- **Referentne norme:** EN 12183
- **Temperatura radnog okoliša:** -20 °C/+40 °C
- **Preporuke za čuvanje:** čuvati na hladnom i suhom mjestu, a u svakom slučaju uvijek daleko od izravnih izvora topline kao što je sunčeva svjetlost. (Temp. koja se preporučuje: +10 °C/+40 °C)

17. JAMSTVO

Za sve proizvode Moretti daje se jamstvo u razdoblju od 2 (dvije) godine od datuma prodaje proizvoda za greške u materijalu ili izradi, osim eventualnih izuzimanja i ograničenja naznačenih u nastavku. Ovo jamstvo ne vrijedi u slučaju neprikladne uporabe, zlouporabe ili izmjene proizvoda odnosno nepridržavanja uputa za uporabu. Pravilna namjena proizvoda navodi se u priručniku za uporabu. Moretti ne odgovara za nastalu štetu, tjelesne ozljede ili bilo što drugo prouzročeno postavljanjem i/ili uporabom opreme ili u vezi s njima, a koji nisu strogo u skladu s uputama navedenim u priručnicima za postavljanje, montiranje i uporabu. Moretti ne daje jamstvo za proizvode Moretti u slučaju oštećenja ili mana nastalih u sljedećim uvjetima: prirodne katastrofe, neovlaštene radnje održavanja ili popravka, oštećenja nastala zbog problema u električnom napajanju (tamo gdje je predviđeno), uporaba dijelova ili komponenti koje ne isporučuje Moretti, nepridržavanje smjernica i uputa za uporabu, neovlaštene izmjene, oštećenja pri slanju (drukčijem od originalnog slanja koje obavlja Moretti) odnosno neizvođenje održavanja onako kako se navodi u priručniku. Ovo jamstvo ne pokriva komponente podložne trošenju ako se oštećenje može pripisati normalnoj uporabi proizvoda.

HR

17.1 Popravci

Popravak pod jamstvom: u slučaju da se tijekom jamstvenog roka na nekom proizvodu Moretti otkrije greške u materijalu ili izradi, društvo Moretti će s kupcem procijeniti pokriva li jamstvo tu grešku. Moretti može, po vlastitom nahođenju, zamijeniti ili popraviti artikl pod jamstvom kod naznačenog prodavatelja Moretti ili u vlastitom sjedištu. Troškovi radne snage u vezi s popravkom proizvoda mogu biti na teret društva Moretti ako se odredi da se popravak ubraja u okvir jamstva. Popravkom ili zamjenom jamstvo se ne obnavlja niti produljuje.

Popravak proizvoda koji nije pokriven jamstvom: proizvod koji nije pokriven jamstvom može se vratiti radi popravka tek nakon što se prethodno primi odobrenje od korisničke službe Moretti. Troškovi radne snage i slanja u vezi s popravkom koji nije pokriven jamstvom bit će u potpunosti na teret kupca ili prodavatelja. Za popravke na proizvodima koji nisu pokriveni jamstvom daje se jamstvo od 6 (šest) mjeseci od dana primanja popravljenog proizvoda.

Proizvodi bez greške: ako društvo Moretti nakon pregleda i isprobavanja vraćenog proizvoda zaključi da je proizvod bez greške, o tome će obavijestiti kupca. Proizvod će se vratiti kupcu koji će snositi troškove slanja radi vraćanja.

17.2 Rezervni dijelovi

Za originalne rezervne dijelove Moretti daje se jamstvo od 6 (šest) mjeseci od dana primanja rezervnog dijela.

17.3 Odricanje od odgovornosti

Osim onoga što se izričito navodi u ovom jamstvu i u granicama zakona, društvo Moretti ne daje nikakvu drugu izjavu, jamstvo ili uvjet, izražene ili implicitne, uključujući eventualne izjave, jamstva ili uvjete za utrživost, pogodnost za neku posebnu svrhu, nekršenje i neometanje. Društvo Moretti ne jamči da će se

uporaba proizvoda Moretti odvijati bez prekida ili bez grešaka. Trajanje eventualnih implicitnih jamstava koja mogu nalagati zakonski propisi ograničeno je na jamstveni rok, u granicama zakonskih propisa. Neke države ili zemlje ne dopuštaju ograničenja trajanja implicitnog jamstva odnosno izuzimanje ili ograničenje slučajnih ili neizravnih oštećenja u vezi s proizvodima za potrošače. U tim se državama ili zemljama neka izuzimanja ili ograničenja ovog jamstva možda neće primjenjivati na korisnika. Ovo je jamstvo podložno promjenama bez prethodne obavijesti.



JAMSTVENI LIST

Proizvod _____

Datum kupnje _____

HR

Prodavatelj _____

Ulica _____ Mjesto _____

Kupac _____

Ulica _____ Mjesto _____



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20022 Cavriago (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-adresa: info@morettispa.com

PROIZVEDENO U NR Kini

MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 – Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Faks +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com