

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Rev. 03 – 28.06.2016 | Modulo STD |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|

| | |
|--------------|--|
| RP175 | Immobilizzatore di spalla con reggi braccio |
|--------------|--|

| | |
|---------------------------|---|
| <i>Destinazione d'uso</i> | Dispositivo per immobilizzare spalla e braccio. |
|---------------------------|---|

| |
|-----------------------------------|
| Caratteristiche principali |
|-----------------------------------|

Realizzato in gommapiuma rivestita in maglia di poliestere anallergica. Misura unica.

| |
|--------------------------|
| Immagine prodotto |
|--------------------------|



| |
|--------------------------------|
| RIFERIMENTI FABBRICANTE |
|--------------------------------|

| | |
|--|--------------------|
| Fabbricante ai sensi 93/42 | <i>MORETTI SPA</i> |
| Paese di produzione | <i>TAIWAN</i> |
| Classe di dispositivo 93/42 | <i>Classe I</i> |
| Codice di classificazione GMDN | <i>12094</i> |
| Codice di classificazione CND | <i>M030599</i> |
| Repertorio dei Dispositivi Medici | <i>108502</i> |

| |
|--|
| MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE |
|--|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Rivestimento | <i>Poliestere</i> |
|---------------------|-------------------|