

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

ST680	Materasso in fibra cava siliconata
--------------	---

Destinazione d'uso

Dispositivo destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito che possono verificarsi in tutte quelle situazioni che richiedono una lunga degenza ospedaliera e/o domiciliare.

Caratteristiche principali

Realizzato in fibra cava siliconata contenuta in rivestimento in tessuto di poliestere. La proprietà principale della fibra cava siliconata è la resilienza, cioè la capacità di ritornare alla forma originaria anche dopo forte sollecitazione e pressione mantenendo quindi nel tempo la sofficità ed elasticità. Isola dal caldo e dal freddo poiché la fibra cava ha un elevato potere di coibentazione termica. Oltre ad essere altamente traspirante, permette l'equi distribuzione del peso evitando occlusioni venose che sono la causa principale dell'insorgenza delle piaghe da decubito.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35228
Codice di classificazione CND	V080702
RDM	2370007
Codice nomenclatore DM 332/99	03.33.06.009
Codice nomenclatore DPCM 2017	04.33.06.009

MATERIALI PRINCIPALI

Interno	Fibra cava siliconata
Esterno	Tessuto in Poliestere ignifugo
Denaraggio fibra cava	17 Den

DIMENSIONI

Lunghezza	200 Cm
Larghezza	87 Cm
Altezza	11,5 Cm
Peso	6,1 Kg.
Peso massimo paziente	100 Kg
Peso massimo paziente con materasso di supporto	120 Kg