



MOPEDIA®

MA RP686A_RP686B_RP686 01 A_ITA_07-2023

ROLLATORS IN ACCIAIO

MANUALE DI ISTRUZIONI

ITALIANO


INDICE

1. CODICI	PAG.3
2. INTRODUZIONE.....	PAG.3
3. DESTINAZIONE D'USO.....	PAG.3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE	PAG.3
5. AVVERTENZE	PAG.4
5.1 Avvertenze generali	pag. 4
5.2 Avvertenze per l'uso	pag. 4
5.3 Avvertenze per il montaggio	pag. 5
6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA.....	PAG.5
7. PRIMA DI OGNI USO	PAG.5
8. DESCRIZIONE GENERALE.....	PAG.6
8.1 Vista ed elenco delle parti.....	pag. 6
.....	pag. 6
9. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO	PAG.6
9.1 Prima del montaggio	pag. 6
9.2 Assemblaggio.....	pag. 6
9.2.1 Sedile	pag. 7
10. MODALITÀ DI UTILIZZO.....	PAG.7
11. FRENI	PAG.7
11.1 Utilizzo del freno.....	pag. 7
11.2 Blocco del freno (freno di stazionamento)	pag. 7
12. MANUTENZIONE	PAG.7
13. PULIZIA	PAG.7
14. CURA DELLE RUOTE.....	PAG.8
15. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI	PAG.8
16. CARATTERISTICHE TECNICHE	PAG.8
17. PARTI DI RICAMBIO/ACCESSORI	PAG.8
18. GARANZIA.....	PAG.8
18.2 Ricambi	pag. 9
18.3 Clausole esonerative	pag. 9



 Dispositivo medico di classe I
REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici

1. CODICI

- RP686A Rollator in acciaio pieghevole TETI - Colore Argento
RP686B Rollator in acciaio pieghevole TETI - Colore Blu
RP686R Rollator in acciaio pieghevole TETI - Colore Rosso

2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un rollator della linea MOPEDIA by Moretti S.p.a.

I rollators MOPEDIA by Moretti S.p.a sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare il rollator da voi acquistato. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

3. DESTINAZIONE D'USO

Questo Rollator è destinato a persone con difficoltà motorie e può essere utilizzato come ausilio per facilitare la deambulazione. Il rollator fornisce una maggiore stabilità, sostegno e sicurezza durante la marcia. In ogni caso, non può essere usato da persone con una funzionalità della mano e/o del braccio visibilmente debole e da persone con problemi di equilibrio. Il rollator può essere usato sia all'esterno che all'interno. Si consiglia l'uso solamente su superfici sulle quali tutte le ruote toccano per terra. Non deve essere usato su terreno roccioso o su piani inclinati perché il rollator può risultare instabile. L'apparecchio non è concepito per il trasporto di persone o altro materiale.

ATTENZIONE!



- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La MORETTI SpA dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa MORETTI SpA. e facenti parte della famiglia ROLLATOR - MOPEDIA sono conformi alle disposizioni applicabili del regolamento 2017/745 sui DISPOSITIVI MEDICI del 5 aprile 2017. A tal scopo la MORETTI SpA garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti dall'allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall'allegato IV del suddetto regolamento.
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto stabilito dall'allegato VIII del suddetto regolamento.
6. La MORETTI SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità al regolamento 2017/745.



Nota: I codici completi di prodotto, il codice di registrazione del Fabbrikante (SRN), il codice UDI-DI di base ed eventuali riferimenti a norme utilizzate sono riportati nella Dichiarazione di Conformità UE che MORETTI SPA emette e rende disponibile attraverso i propri canali.

5. AVVERTENZE

5.1 Avvertenze generali

- NON installare o utilizzare il prodotto prima di leggere e comprendere questo manuale di istruzioni. Se non si è in grado di comprendere le avvertenze, precauzioni e le istruzioni, rivolgersi ad un operatore sanitario, ad un rivenditore o a personale tecnico prima di tentare di installare il prodotto evitando danni o lesioni personali;
- Il rollator deve essere utilizzato solo da pazienti con un'adatta capacità motoria che ne garantisca l'uso senza rischi;
- Consultare il proprio medico o terapista per determinare l'adeguatezza del prodotto, la giusta regolazione e il corretto utilizzo del rollator;
- Il proprio medico o il terapista dovrebbero contribuire alla regolazione in altezza del rollator per il massimo sostegno, per la corretta attivazione del freno, per il corretto montaggio in generale;
- I rollators non sono destinati ad essere utilizzati ad autospinta;
- L'utilizzatore e/o il paziente dovrà segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

5.2 Avvertenze per l'uso

1. Assicurarsi sempre che il cavo dei freni sia fissato correttamente.
2. Verificare sempre il corretto funzionamento del freno dopo ogni regolazione in altezza per evitare una flessione libera ed eccessiva del cavo.
3. Il mancato rispetto di queste semplici avvertenze può provocare lesioni personali.
4. Il rollator può essere usato solo su una superficie solida e piatta. Non usare il rollator per salire le scale!
5. Appoggiarsi sempre su entrambi i manubri per mantenere l'equilibrio.
6. Prestare particolare attenzione alle superfici bagnate, ghiacciate o innevate.
7. Non caricare troppo il rollator.
8. Non utilizzare il sedile del rollator (dove presente) per trasportare cose o persone; il sedile è destinato alla seduta dell'utilizzatore con freno di stazionamento inserito;
9. Tutte le ruote devono essere a contatto con il pavimento in qualsiasi momento durante l'uso per garantire il corretto bilanciamento del rollator e la massima sicurezza.
10. Il freno di stazionamento deve essere inserito prima di utilizzare il sedile.

N.B Quando si usa il rollator in una posizione di fermo, il freno di stazionamento deve essere bloccato

11. Non utilizzare il rollator per camminare all'indietro, scendere delle pendenze o per salire le scale, cordoli, o superare ostacoli. Possono verificarsi gravi rischi di caduta o lesioni.
12. Lo schienale è destinato a fornire sostegno alla schiena mentre si è seduti. Lo schienale non è previsto per sostenere il peso corporeo completo. Evitare di mettersi seduti sullo schienale, c'è il rischio di caduta.
13. Non sedersi sul rollator mentre viene trasportato in un veicolo.
14. Non sedersi sul sedile quando il rollator è in pendenza
15. Non utilizzare il rollator per fornire assistenza all'utente per alzarsi da una posizione inferiore. Se il rollator viene utilizzato per posizionare l'utente in posizione eretta, il rollator può spostarsi anche se i freni sono bloccati oltre a provocare una possibile caduta.
16. Non spingere il rollator mentre i freni sono inseriti. I freni devono essere utilizzati per bloccare il movimento delle ruote. Tuttavia, non possono impedire il movimento del rollator se spinto.



5.3 Avvertenze per il montaggio

- Dopo aver montato o dopo aver aperto il rollator, assicurarsi che il sostegno del sedile sia bloccato su entrambi i lati e verificare che il dispositivo di sicurezza sia fissato nella posizione corretta.
- Verificare che entrambi i tubi di supporto delle maniglie siano inseriti correttamente nella struttura e fissati con le manopole di bloccaggio e bloccati nel supporto principale con relativi galletti e manopole.
- Non appendere niente al telaio del rollator per evitare la distorsione dei tubi e per evitare di pregiudicarne la stabilità.

N.B Fare attenzione ad intrappolamento di dita e/o vestiario durante la fase di apertura e chiusura

6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA

	Codice prodotto
	Identificativo univoco del dispositivo
	Marchio CE
	Fabbricante
	Lotto di produzione
	Leggere il manuale per le istruzioni
	Dispositivo Medico
	Condizioni di smaltimento
	Peso max supportato

7. PRIMA DI OGNI USO

Prima di utilizzare il dispositivo verificare sempre:

- Che tutte le parti del rollator siano bloccate in modo sicuro;
- Controllare che tutte le viti siano ben strette;
- Assicurarsi che la seduta sia bloccata correttamente (se così non fosse, premere ulteriormente con forza la seduta in basso verso il telaio);
- Controllare che il dispositivo di bloccaggio della seduta sia correttamente inserito;
- Controllare il corretto funzionamento del freno normale e del freno di stazionamento;

8. DESCRIZIONE GENERALE

8.1 Vista ed elenco delle parti



FIG. 1 (immagine a scopo illustrativo)

1. Struttura (1 pz)
2. Schienale con clip a pressione (1 pz)
3. Maniglie (2pz)
4. Borsa/cestino (1 pz)
5. Ruote frontali (2pz)
6. Ruote posteriori (2pz)
7. Manopole (2pz)
8. Viti e rondelle (2pz)

9. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

9.1 Prima del montaggio

Sballare il prodotto e controllare che non abbia subito danni durante il trasporto. Nel caso in cui il rollator sia danneggiato, si prega di contattare il rivenditore più vicino.

9.2 Assemblaggio

1. Aprire il rollator spingendo verso il basso la staffa di piegatura (I) situata sotto la seduta.
2. Inserire lo schienale imbottito (D) in modo che la parte imbottita sia rivolta verso la parte anteriore del rollator. Spingere verso il basso lo schienale mentre si premono i pulsanti di plastica tondo fino a trovare la posizione di scatto.
3. Inserire i manubri in modo che le impugnature siano rivolte verso il lato posteriore del rollator. I cavi dei freni devono essere all'esterno del manubrio e del telaio. Assicurarsi che il cavo in eccesso del freno passi verso la parte anteriore del rollator.
4. Regolare l'altezza del manubrio per il corretto adattamento. Fissarle al foro più vicino all'altezza desiderata. Inserire la vite dall'interno del rollator attraverso il telaio. Collegare la rondella in modo che si adatti bene contro il telaio. Fissare la manopola alla vite. (Importante stringere la manopola soltanto con le mani!)
5. Posizionare la borsa/cestino sotto il seggiolino.



ATTENZIONE! Assicurarsi che le manopole sia ben inserite nei fori. Prima dell'uso assicurarsi sempre che il rollator non tenda a richiudersi sotto l'effetto di una piccola forza laterale. Fare attenzione a non intrecciare i cavi dei freni durante il collegamento del manubrio e delle ruote.



ATTENZIONE! Portata massima della borsa/cestino 4,5 kg. Non sovraccaricare, per evitare sbilanciamenti e rischi di ribaltamento.

9.2.1 Sedile

Prima di sedersi posizionare il rollator su una superficie piatta e solida quindi bloccare i freni. Assicurarsi che il fermo del bloccaggio sia fissato bene e che il rollator sia in una posizione stabile.



ATTENZIONE! Mettersi a sedere distribuendo il peso su tutto il sedile. Non sedersi spingendo solo su un lato.

10. MODALITÀ DI UTILIZZO

- Iniziare a spingere quando si è in posizione eretta con entrambe le mani sulle impugnature;
- Assicurarsi di avere le mani asciutte prima di usare il rollator per evitare rischi di scivolamento;
- Camminare mantenendo la posizione eretta con lo sguardo rivolta in avanti e non in basso;
- Non spingere il rollator troppo lontano dal corpo, ciò potrebbe causare cadute e carichi inadeguati;
- Non utilizzare il rollator per superare gradini superiori a 20mm;
- Durante l'utilizzo all'esterno, prediligere i marciapiedi adeguatamente predisposti secondo le normative per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

11. FRENI

Il buon funzionamento dei freni dipende dall'usura e dallo sporco accumulato sulle ruote. Verificare la condizione dei freni e delle ruote prima di ogni utilizzo.

11.1 Utilizzo del freno

Per rallentare il rollator tirare le leve dei freni verso l'alto fino a quando il rollator rallenta o si ferma. Per continuare a muovere il rollator, rilasciare le maniglie del freno.

11.2 Blocco del freno (freno di stazionamento)

Premere verso il basso le leve dei freni, quando si sente "click" le ruote sono bloccate. Sollevare le maniglie del freno sbloccandola dalla posizione di stop.



ATTENZIONE! Quando l'utilizzatore è fermo i freni devono essere bloccati



ATTENZIONE! Dopo aver effettuato qualsiasi regolazione sui freni del rollator, è necessario eseguire un test sui freni prima dell'uso del rollator.



ATTENZIONE! Assicurarsi di avere inserito correttamente i freni di stazionamento prima di sedersi e rialzarsi dal rollator

12. MANUTENZIONE

I dispositivi della linea MOPEDIA by Moretti S.p.A. al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE. Per la sicurezza del paziente e del medico si raccomanda di far controllare dal produttore o da un laboratorio autorizzato, almeno ogni 2 anni, l'idoneità all'uso del vostro rollator. In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali. La vita utile del prodotto dipende dall'utilizzo, dalla manutenzione, dallo stoccaggio e dalla pulizia.

13. PULIZIA

Per la pulizia delle parti utilizzare esclusivamente un panno umido con detergenti neutri. Non utilizzare detergenti contenenti solventi e spazzole metalliche o oggetti abrasivi o appuntiti, potrebbero danneggiare il prodotto.



14. CURA DELLE RUOTE

1. Pulire le ruote con acqua tiepida e detersivo neutro. Asciugare con un panno pulito.
2. Lubrificare periodicamente le ruote.










15. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

16. CARATTERISTICHE TECNICHE

Misure espresse in cm*

Dimensioni e pesi

									
RP686A									
RP686B	61	80-90	55	60	43	9 Kg	20	20	136 Kg
RP686R									

*Le misure possono variare di ± 1 cm

17. PARTI DI RICAMBIO/ACCESSORI

Per le parti di ricambio e gli accessori fare riferimento al catalogo master Moretti S.p.A.

18. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso.

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso.

Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

18.1 Riparazioni

Riparazione in garanzia: Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia: Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia



saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

Prodotti non difettosi: Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

18.2 Ricambi

I ricambi originali MORETTI sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

18.3 Clausole esonerative

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ Località _____

Venduto a _____

Via _____ Località _____

 MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.



MOPEDIA®

MA RP686A_RP686B_RP686R 01 A_ENG_07-2023

ALUMINUM ROLLATORS

INSTRUCTION MANUAL

ENGLISH



INDEX

1. CODES..... PAG.3

2. INTRODUCTION PAG.3

3.INTENDED USE..... PAG.3

4. DECLARATION OF CONFORMITY PAG.3

5. WARNINGS PAG.4

 5.1 General warnings pag. 4

 5.2 Warnings for use..... pag. 4

 5.3 Assembling warnings pag. 4

6. SYMBOLS PAG.5

7. BEFORE USE PAG.5

8. GENERAL DESCRIPTION PAG.5

 8.1 Parts description..... pag. 5

9. ASSEMBLING INSTRUCTION PAG.6

 9.1 Before assembling the product..... pag. 6

 9.2 Assembling..... pag. 6

 9.2.1 Seat pag. 6

10. HOW TO USE..... PAG.6

11. BRAKES PAG.7

 11.1 To brake pag. 7

 11.2 Lock the brake (handbrake) pag. 7

12. CARE AND MAINTANANCE PAG.7

13. CLEANING PAG.7

14. WHEEL CARE PAG.7

15. CONDITIONS OF DISPOSAL PAG.7

16. TECHNICAL FEATURES..... PAG.8

17. SPARE PARTS / ACCESSORIES PAG.8

18. WARRANTY PAG.8

 18.1 Repairing..... pag. 8

 18.2 Spare parts..... pag. 8

 18.3 Exempt clauses..... pag. 9



CE I Class Medical Device

REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 5 April 2017 concerning medical devices

1. CODES

- RP686A Foldable steel rollator TETI - Color Silver
RP686B Foldable steel rollator TETI - Color Blue
RP686R foldable steel rollator TETI - Color Red

2. INTRODUCTION

Thank you for choosing a MOPEDIA range rollators by Moretti S.p.A. MOPEDIA range rollators manufactured by Moretti S.p.A. are designed to satisfy all your requirements for practical, correct and safe use. This manual provides some useful suggestions for correctly using the device you have selected and offers valuable advice for your safety. We recommend reading the entire manual carefully before using the rollator you have purchased. Should you have any queries, please contact your retailer for proper advice or assistance.

3. INTENDED USE

This rollator fit for people with movement problems. Can be used as assistance to facilitate ambulation or even servo-assisted ambulatory. Anyway, it can't be used by people with evident malfunction of the hand or the arm, even by people with balance problems. The rollator can be used inward and outward. We recommend using on flat surface where the wheels can reach the land. It can't be used on rock ground or on slanted area as the rollator can be unstable. The device is not intended to carry people or things.

WARNING!



- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual
- Moretti S.p.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product
- The manufacturer reserves the right to change the information contained in this document without previous notice

4. DECLARATION OF CONFORMITY

Moretti S.p.A. declares under its sole responsibility that the product made and traded by Moretti S.p.A. and belonging to the group of ROLLATORS - MOPEDIA complies with the provisions of the regulation 2017/745 on MEDICAL DEVICES of 5 April 2017. For this purpose, Moretti S.p.A. guarantees and declares under its sole responsibility what follows:

1. The devices satisfy the requirements of general safety and performance requested by the Annex I of regulation 2017/745 as laid down by the Annex IV of the above mentioned regulation.
2. The devices ARE NOT MEASURING INSTRUMENTS.
3. The devices ARE NOT MADE FOR CLINICAL TESTS.
4. The devices are packed in NON-STERILE BOX.
5. The devices belong to class I in accordance with the provisions of Annex VIII of the above mentioned regulation
6. Moretti S.p.A. provides to the Competent Authorities the technical documentation to prove the conformity to the 2017/745 regulation, for at least 10 years from the last lot production.

Note: Complete product codes, the manufacturer registration code (SRN), the UDI-DI code and any references to used regulations are included in the EU declaration of conformity that Moretti S.p.A. releases and makes available through its channels.



5. WARNINGS

5.1 General warnings

- DO NOT install or use the device before reading and understanding this manual; If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional dealer or technical personnel before attempting to install this equipment to avoid injure or damage;
- The rollator should only be used by patients with a suitable motor capacity which ensures their use without risks;
- Advise with physician or therapist to determinate the correct adjustment and the correct use;
- Physician or therapist should contribute to height adjustment for the maximum support, for a correct brake activation and for a general assembly;
- The rollators are not intended to be used as self-propelled devices.
- The user and/or the patient will have to report any serious accident that have occurred related the device to the manufacturer and appropriate authority of the State which the user and/or patient belongs to.

5.2 Warnings for use

1. Insure the brake cable to be correctly set;
2. Verify the correct operation of the brake after every height adjustment to avoid a free flexion of the cable;
3. Breaking this simple rules can cause personal damages;
4. The rollator can be used only on a hard, flat surface. Do not use the rollator to climb the stairs
5. Leaning always on both dumbbells to maintain balance;
6. Pay particular attention to wet, icy or snowy;
7. DO NOT overload the rollator;
8. DO NOT use the rollator seat (where present) to carry persons or property, the seat is for the user's session with the parking brake engaged;
9. All wheels must be in contact with the floor at any time during use to ensure the proper balancing of the rollator and maximum safety;
10. The brake must be engaged before using the seat.

Note When the rollator is used in steady position, the handbrake must be locked










11. DO NOT use the rollator to walk backwards, down gradients or to climb stairs, curbs, or to go over obstacles. Serious risk of fall or injury may occur.
12. The backrest is intended to provide back support while seated. The backrest is not intended to support full body weight. Avoid leaning while sitting as this may result in fall.
13. DO NOT sit on the rollator while it is being loaded into a vehicle or while it is being transported in a vehicle.
14. DO NOT use the seat to transport people or objects.
15. When rising from a lower position, DO NOT use the rollator to provide assistance to the user. If the rollator is used to pull the user up to a standing position, the rollator may move even if the brakes are in the locked position and this could result in a fall.
16. DO NOT push the rollator while brakes are enabled. Brakes are to be used to keep the wheels from rolling. However, it may not prevent the rollator from moving if it is pushed.

5.3 Assembling warnings

- Verify that both handle support tubes are correctly inserted in the frame and secured with locking knobs locked into the holder with its main wing nuts and knobs;
- Both handle tubes are securely locked in the main support part with wing nuts and knobs;
- Do not hanging anything on the rollator frame to avoid distortions of the tubes when the rollator is open and damage the stability. Injury may also be caused by distortions;
- Take care to entrapment of fingers and / or clothing during the opening and closing.



6. SYMBOLS

-  REF Product code
-  UDI Unique Device Identification
-  CE CE mark
-  Manufacturer
-  LOT Batch Lot
-  Read the instruction manual
-  MD Medical Device
-  Conditions of disposal
-  Max loading weight

7. BEFORE USE

Before using the device, always check:

1. That all parts of the rollator are locked in a secure manner.
2. Check that all screws are tight.
3. Make sure that the seat is properly locked (if that 'not press further with the power seat bottom frame).
4. Check that the locking of the seat is correctly inserted.
5. Check the correct operation of the brake and the regular brake.

8. GENERAL DESCRIPTION

8.1 Parts description



1. Rollator Frame (1 pc)
2. Backrest with Push-buttons (1 pc)
3. Handlebars (2pcs)
4. Bag/basket (1 pc)
5. Front Wheels (2pcs)
6. Rear Wheels (2pcs)
7. Star Knobs (2pcs)
8. Screws and Curved Washers (2pcs)

FIG. 1 (Picture with illustrative purpose only)



9. ASSEMBLING INSTRUCTION

9.1 Before assembling the product

Unpack the product and check that no damage has occurred during shipping. In the event when the rollator is damaged, please contact your nearest dealer.

9.2 Assembling

1. Unfold the rollator by pushing down on the Folding Bracket under the seat.
2. Insert the padded backrest so that the padded portion faces the front of the unit.
Push down on the backrest while depressing the the round plastic push buttons until it snaps into place.
3. Insert the handlebars so that the handgrips are facing the rear of the rollato.
The brake cables should be on the outside of the handlebars and frame. Ensure excess brake cable loops towards the front of the rollator.
4. Adjust the handlebar height for the correct fit. Attach them to the hole closest to the desired height. Insert the screw from the inside of the rollator through the frame. Attach the washer so that it fits tightly against the frame. Attach the knob to the screw. Attach the washer so it fits snugly against the frame. Secure the star knob to the screw. See Figure 3.
(Important: Hand Tighten Only!)
5. Place the bag/basket under the seat.



WARNING! Make sure that the knobs is located into the holes



WARNING! Use the bag/basket for small items only. Do not overload the bag/ basket to prevent imbalances and the risk of overturning (Max weight 4,5 kg)

9.2.1 Seat

Before sitting , place the rollator on a flat and solid surface and then lock the brakes. Make sure the latch of the lock is secured properly and that the rollator is in a stable position.



WARNING! Questions to sit down with your weight on the seat assembly. Do not sit by pushing only on one side.



WARNING! Make sure that the knobs is located into the holes. Before use, always make sure that the rollator does not tend to close up under the influence a small lateral force. Be careful not to twist the brake cables when connecting the handlebar and wheels.



WARNING! Ensure that the parking brakes are properly applied before sitting and standing up from the rollator.

10. HOW TO USE

- Start pushing when you are in an upright position with both hands on the handle;
- Make sure your hands are dry before using the rollator to avoid the risk of slipping;



- Walking maintaining an upright position with his eyes facing forward and not down;
- Do not push the rollator too far away from the body, this may cause falls and loads inadequate;
- Do not use the rollator to overcome steps higher than 20mm;
- When using outdoors, prefer the sidewalks properly prepared in accordance regulations for the removal of architectural barriers;

11. BRAKES

11.1 To brake

To brake the rollator pull the brake lever with your fingers upwards until the rollator slows down or stops. To continue to move the rollator, release the brake handles.

11.2 Lock the brake (handbrake)

Press down on the brake lever with the palm of your hand, when you hear a "click" wheels are locked. Lift the handle of the brake releasing it from the stop position.



WARNING! When the user is stationary, the brakes must be locked



WARNING! After making any adjustments to the rollator brakes, you must test the brakes before the rollator is used. See Maintenance Instructions.

12. CARE AND MAINTANANCE

The devices MOPEDIA by Moretti SpA on the market are carefully checked and carry the CE mark. For the safety of the patient and the doctor is recommended to be checked by the manufacturer or by an approved laboratory, at least every 2 years, the suitability for use of your rollator. If repairs are to be used only original spare parts and accessories.

The useful life of the product depends on the use, maintenance, storage and cleaning.

13. CLEANING

To clean parts, use only a damp cloth with a neutral detergent, not use cleaners containing solvents and metal brushes or abrasive or sharp objects, may damage the product.

14. WHEEL CARE

1. Clean the wheels with warm water and mild detergent. Wipe dry with a clean cloth.
2. Periodically lubricate the wheels.

15. CONDITIONS OF DISPOSAL










When disposing of the device never use the normal return systems of municipal solid waste. It is recommended instead to disposal through the joint municipal ecological islands for the expected operations of recycling the materials used.



16. TECHNICAL FEATURES

Measures in cm*

Weight and dimensions

									
RP686A									
RP686B	61	80-90	55	60	43	9 Kg	20	20	136 Kg
RP686R									

*The dimension could be change ± 1 cm

17. SPARE PARTS / ACCESSORIES

For spare parts and accessories please refer to the Moretti S.p.A. master catalogue

18. WARRANTY

Moretti products are guaranteed from material or manufacturing faults for 2 years from the purchasing date, except possible exclusion or restriction as follows. The warranty shall not be apply in the event damages caused by improper use, abuse or alteration, and for the warranty will not be valid if the instructions for use are not strictly adhered to. The correct intended use is specified in this manual.

Moretti is not responsible of consequent damages, personal injuries or whatever caused by or in relation with mistaken installation or with device improper use.

Moretti does not guarantee for damages caused by the following condition: natural disaster, not authorized maintenance or repairs, faults caused by problems on electricity supply (when necessary), use of spare parts not covered by Moretti, improper use, alteration not authorized, shipment damages (different from original Moretti shipment), or in case of insufficient maintenance as indicated in the manual.

The warranty doesn't cover components subject to wear and tear during the correct use of the device.

18.1 Repairing

Warranty repair: If a Moretti item presents material or manufacturing faults during the warranty period, Moretti will estimate with customer if the fault can be cover from warranty. Moretti, at its unquestionable discretion, could repair or replace the item, with a Moretti dealer or with own base. Labor cost can be in charge to Moretti if the repair is cover from warranty. A repair or a replacement doesn't extend the warranty.

Repair not cover from warranty: A product without warranty can be given back after Moretti authorization. The labor and shipping costs for a bath lift out of warranty are to be payed by the customer or by the dealer. The repairs are guaranteed for 6 months as from the good received.

Non-defective device: The customer will be informed if, after the device return and examination, Moretti declares that the device is not faulty. In this case the good will be sent back to customer, the shipping charge will be to be payed by the customer.

18.2 Spare parts

The original Moretti spare parts are guaranteed for 6 months as from the receiving date.



18.3 Exempt clauses

Moretti doesn't offer any other declarations, warranty or conditions, explicit or implicit, including possible declarations, warranties or condition of merchantability, fitness for a specific purpose, non infringement and non interference, all but what expressly specified in this warranty. Moretti doesn't guarantee the nonstop and faultless usage. The duration of possible implicit warranties which can be fixed by according to the law is limited by the warranty period, in the limits of law. Some states or countries don't allow to limit the implicit warranty or the exclusion or the limitation for accidental damages. In such countries, some of those exclusions or limitation may not be applied to the user.

The present warranty may be modified without prior notification.



WARRANTY CERTIFICATE

Product _____

Purchasing date _____

Authorized dealer _____

Street _____ Place _____

Sold to _____

Street _____ Place _____

 MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.



MA RP515_RP538 02 A_09-2020


ROLLATORS EN ALUMINIO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPAÑOL

ÍNDICE

1. CÓDIGOS.....	PAG.3
2. INTRODUCCIÓN.....	PAG.3
3. FINALIDAD.....	PAG.3
4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD.....	PAG.3
5. ADVERTENCIAS	PAG.4
5.1 Advertencias generales	pag. 4
5.2 Advertencias para el uso.....	pag. 4
5.3 Advertencias para el montaje.....	pag. 5
6. SÍMBOLOS.....	PAG.5
7. ANTES DE CADA USO.....	PAG.5
8. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	PAG.6
8.1 Lista de las piezas.....	pag. 6
9. ISTRUCCIONES DE MONTAJE.....	PAG.6
9.1 Antes del montaje	pag. 6
9.2.1 Asiento	pag. 6
10. INSTRUCCIONES DE USO.....	PAG.7
11. FRENOS.....	PAG.7
11.1 Utilización del freno.....	pag. 7
11.2 Bloque del freno (freno de estacionamiento).....	pag. 7
12. MANTENIMIENTO	PAG.7
13. LIMPIEZA.....	PAG.7
14. CUIDADO DE LAS RUEDAS.....	PAG.7
15. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN	PAG.8
16. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PAG.8
17. REPUESTOS/ACCESORIOS	PAG.8
18. GARANTÍA.....	PAG.8
18.2 Repuestos	pag. 9
18.3 Cláusulas exonerativas	pag. 9

 Producto sanitario de clase I

REGLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
del 5 de Abril 2017 sobre los productos sanitarios

1. CÓDIGOS

RP686A Rollator plegable de acero TETI - Color Silver

RP686B Rollator plegable de acero TETI - Color Azul

RP686R Rollator plegable de acero TETI - Color Rojo

2. INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido un rollator de la línea MOPEDIA fabricada por Moretti S.p.A. Su diseño y calidad garantizan el máximo confort, la máxima seguridad y fiabilidad. Los rollators MOPEDIA de MORETTI S.p.A. han sido diseñadas y fabricadas para satisfacer todas sus exigencias de uso práctico y correcto de los mismos. Este manual de instrucciones contiene algunas sugerencias que le permitirán usar correctamente el equipo que Ud. ha elegido, así como valiosos consejos para su seguridad. Se aconseja leer atentamente todo el manual antes de utilizar los rollators. En caso de dudas contacte con el distribuidor, que estará en condiciones de brindarle ayuda y consejos.

3. FINALIDAD

Este rollator está destinado a personas con dificultades para caminar y puede usarse como una ayuda para facilitar la deambulaci3n. El rollator proporciona mayor estabilidad, soporte y seguridad en la deambulaci3n. En cualquier caso, no puede ser utilizado por personas con funcionalidades de mano y/o brazo visiblemente d3biles y tampoco por personas con problemas de equilibrio. El rollator se puede usar tanto en exteriores como en interiores. Recomendamos usarlo solo en superficies donde las cuatro patas toquen el suelo. No debe usarse en terreno rocoso o en planos inclinados porque el andador podr3a ser inestable. El dispositivo no est3 dise1ado para el transporte de personas u otro material.

¡ATENCIÓN!



- Queda prohibido el uso del dispositivo por fines distintos de los indicados en este manual.
- Moretti S.p.A. declina toda responsabilidad por los da1os provocados a causa de un uso incorrecto del dispositivo o por un uso diferente al indicado en el presente manual.
- El productor se reserva el derecho de modificaciones al dispositivo o al manual sin aviso previo para mejorar sus caracter3sticas

4. DECLARACI3N UE DE CONFORMIDAD

Moretti S.p.A. declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos fabricados e introducidos en el mercado por la misma MORETTI Spa que hacen parte de la familia ROLLATORS - MOPEDIA son conformes con las disposiciones del reglamento 2017/745 sobre los PRODUCTOS SANITARIOS del 5 Abril 2017. Para ello, MORETTI Spa. declara bajo su exclusiva responsabilidad los siguientes puntos:

1. Los productos en cuesti3n satisfacen los requisitos generales de seguridad y prestacion como requerido por el anexo 1 del reglamento 2017/745 como prescrito por el anexo IV del mismo reglamento.
2. Los productos en cuesti3n NO SON INSTRUMENTOS DE MEDICI3N.
3. Los productos en cuesti3n NO EST3N DESTINADOS A INVESTIGACIONES CL3NICAS.
4. Los productos en cuesti3n se comercializan en presentaci3n NO EST3RIL.
5. Los productos en cuesti3n deben considerarse de clase I en conformidad a lo establecido en el anexo VIII del mismo Reglamento.
6. MORETTI S.p.A. mantiene y pone a disposici3n de las Autoridades Competentes, por 10 anos desde la fecha de fabricaci3n del ultimo lote, la documentaci3n t3cnica que comprueba la conformidad con el Regl3.



Nota: Los códigos completos de los productos, el código de registraci3n del Fabricante (SRN), el c3digo UDI-DI de base y eventuales referencias a normas utilizadas se encuentran en la Declaraci3n de Conformidad UE que MORETTI SPA emite y mete a disposici3n a trav3s de sus canales.

5. ADVERTENCIAS

5.1 Advertencias generales

- NO instale ni use el producto antes de leer y comprender este manual de instrucciones. Si no puede comprender las advertencias, precauciones e instrucciones, comuníquese con un profesional de la salud, un distribuidor o personal t3cnico antes de intentar instalar el producto para evitar daos o lesiones personales.
- El andador solo debe ser utilizado por pacientes con una capacidad motora adecuada que garantice un uso seguro.
- Consulte a su m3dico o terapeuta para determinar la idoneidad del producto, el ajuste correcto y el uso correcto del andador;
- Su m3dico o terapeuta debe contribuir al ajuste de altura del andador para obtener el m3ximo apoyo, para la correcta activaci3n del freno, para el correcto montaje en general.
- Los rollators no est3n diseos para uso autopropulsado;
- El usuario y/o el paciente deben informar de cualquier accidente grave que haya ocurrido en relaci3n con el dispositivo al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que est3 establecido el usuario y / o paciente.

5.2 Advertencias para el uso

1. Asegurese de que el cable de los frenos est3 fijado correctamente.
2. Siempre verifique el correcto funcionamiento del freno despu3s de cada ajuste de altura para evitar la flexi3n libre y excesiva del cable.
3. El incumplimiento de estas simples advertencias puede provocar lesiones personales.
4. El rollator solo puede usarse sobre una superficie s3lida y plana. ¡No use el rollator para subir escaleras!
5. Siempre apoyarse en ambos manillares para mantener el equilibrio.
6. Preste especial atenci3n a las superficies mojadas, heladas o nevadas.
7. No sobrecargar el rollator.
8. No use el asiento del rollator (donde est3 presente) para transportar cosas o personas; el asiento est3 destinado al usuario solamente cuando el freno de estacionamiento est3 aplicado;
9. Todas las ruedas deben estar en contacto con el suelo durante el uso para garantizar un equilibrio correcto del rollator y la m3xima seguridad.
10. El freno de estacionamiento debe aplicarse antes de usar el asiento.

N.B Cuando se utiliza el rollator en una posici3n estacionaria, el freno de estacionamiento tiene que estar bloqueado.

11. No use el andador para caminar hacia atr3s, bajar pendientes o subir escaleras, bordillos o superar obst3culos. Se pueden producir graves riesgos de ca3das o lesiones.
12. El respaldo est3 destinado a proporcionar apoyo para la espalda estando sentados. El respaldo no est3 hecho para sustenir el peso completo del cuerpo. Eviten de sentarse en el respaldo, hay el riesgo de ca3da.
13. No se siente en el andador mientras lo est3n transportando en un veh3culo.
14. No se siente en el asiento cuando el andador est3 en una pendiente.
15. No utilice el rollator para ayudar al usuario a levantarse de una posici3n m3s baja. Si el rollator se utiliza para colocar al usuario en posici3n vertical, el rollator puede moverse incluso si los frenos est3n bloqueados y provocar una posible ca3da.
16. No empujar el rollator mientras los frenos est3n bloqueados. Los frenos deben utilizarse para bloquear el movimiento de las ruedas, sin embargo, no pueden prevenir el movimiento del rollator si 3ste se empuja.



5.3 Advertencias para el montaje

- Después de montar o abrir el andador, asegúrese de que el soporte del asiento esté bloqueado en ambos lados y verifique que el dispositivo de seguridad esté fijado en la posición correcta.
- Compruebe que los dos tubos de soporte de la empuñadura estén correctamente insertados en la estructura y fijados con las perillas de bloqueo y bloqueados en el soporte principal con relativas tuercas y perillas de aletas.
- No cuelgue nada en la estructura del andador para evitar la distorsión de los tubos y evitar comprometer su estabilidad.

N.B Tener cuidado al atrapamiento de dedos y/o ropa durante de la apertura y cierre

6. SÍMBOLOS



Código producto



Identificación unívoca de productos



Marcado CE



Fabricante



Lote de producción



Leer el manual de instrucciones



Producto sanitario



Condiciones de eliminación



Peso máximo soportado

7. ANTES DE CADA USO

Antes de usar el dispositivo siempre averiguar:

- Que todas las partes del rollator estén correctamente bloqueadas;
- Que todos los tornillos estén bien atornillados;
- Que el asiento esté bloqueado correctamente (si no fuera así, presionar todavía con fuerza el asiento hacia abajo, hacia el chasis);
- Que el dispositivo de bloque del asiento esté insertado correctamente;
- Que el freno y el freno de estacionamiento funcionen correctamente.

8. DESCRIPCIÓN GENERAL

8.1 Lista de las piezas



1. Estructura (1 ud)
2. Respaldo con clip a presión (1 ud)
3. Manillares (2 uds)
4. Bolsa/cesta (1 ud)
5. Ruedas delanteras(2 uds)
6. Ruedas traseras (2 uds)
7. Palometas(2uds)
8. Tornillos y arandelas(2 uds)

FIG. 1 (imagen con fines ilustrativos)

9. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

9.1 Antes del montaje

Desembale el producto y verifique que no haya sufrido daños durante el transporte. En caso de que el andador esté dañado, póngase en contacto con su distribuidor más cercano

1. Abra el andador empujando hacia abajo el soporte plegable situado bajo el asiento
2. Insertar el respaldo acolchado de manera que la parte acolchada quede hacia el lado anterior del rollator. Empujar hacia abajo el respaldo se pulsan los botones redondo en plástico, hasta que haga clic.
3. Insertar los manillares de manera que las empuñaduras. Los cables de los frenos tienen que estar por afuera del manillar y de la estructura. Asegurarse que el cable del freno en exceso pase por la parte anterior del rollator.
4. Ajuste la altura del manillar a la altura correcta. Colóquelos en el orificio más cercano a la altura deseada. Inserte el tornillo desde el interior del rollator a través del armazón. Coloque la arandela de que quede bien ajustada contra el armazón. Fije el pomo al tornillo.(iEs importante apretar la perilla solo con las manos!)
5. Posicionar la bolsa/cesta bajo del asiento.



¡ATENCIÓN!

Ajuste la altura del andador para que un usuario que está de pie con los brazos a los lados tenga la muñeca a la altura de los mangos. Esto asegurará la colocación de los brazos plegados a aproximadamente 20 ° -30 ° cuando se utiliza el rollator.



¡ATENCIÓN!

Peso máximo de la bolsa/cesta 4,5 kg. No sobrecargar, para evitar desequilibrios y riesgos de vuelco.

9.2.1 Asiento

Antes de sentarse, coloque el rollator en una superficie plana y sólida y luego bloquee los frenos. Asegúrese de que el seguro de bloqueo esté bien sujeto y que el andador esté en una posición estable.



¡ATENCIÓN! Siéntese distribuyendo el peso por todo el asiento. No sentarse empujando solo de un lado.

10. INSTRUCCIONES DE USO

- Empezar a empujar estando de pié, con ambas manos en las empuñaduras;
- Asegúrese de tener las manos bien secas antes de usar el andador para evitar riesgos de resbalones;
- Camine manteniendo su posición vertical con los ojos mirando hacia adelante y no hacia abajo;
- No empujar el andador demasiado lejano del cuerpo, ésto podría causar caídas y cargos inadecuados;
- No utilice el andador para superar escalones de más de 20 mm;
- Durante el uso en exteriores, prefiera las aceras debidamente preparadas de acuerdo con las regulaciones para la eliminación de barreras arquitectónicas;

11. FRENOS

El buen funcionamiento de los frenos depende del desgaste y la suciedad acumulada en las ruedas. Verifique el estado de los frenos y las ruedas antes de cada uso.

11.1 Utilización del freno

Para reducir la velocidad del andador, tire los frenos hacia arriba hasta que el rollator disminuya o se detenga. Para continuar moviendo el rollator, suelte los frenos.

11.2 Bloque del freno (freno de estacionamiento)

Presionar hacia abajo las palancas de los frenos hasta que se oiga "clic" y las ruedas están bloqueadas. Subir las palancas del freno para desbloquear.



¡ATENCIÓN!
Cuando el usuario está parado, los frenos tienen que estar bloqueados



¡ATENCIÓN! Después de hacer cualquier ajuste en los frenos del rollator, es necesario realizar una prueba de los mismos antes de usar el rollator.



ATTENCIÓN!
Asegúrese de que los frenos de estacionamiento están correctamente aplicados antes de sentarse y levantarse del rollator.

12. MANTENIMIENTO

Los dispositivos de la línea MOPEDIA by Moretti son controlados cuidadosamente antes de ponerlos en el mercado y tienen marcado CE. Se recomienda hacer controlar el dispositivo por personal cualificado cada 2 años, para asegurarse la idoneidad al uso. En caso de reparación se recomienda utilizar recambios y accesorios originales solamente. La vida útil del producto depende de su uso, mantenimiento, almacenamiento y limpieza.

13. LIMPIEZA

Usar un paño húmedo con detergentes neutros. No utilizar detergentes que contengan solventes y cepillos metálicos u objetos abrasivos o puntiagudos, ya que podrían dañar el producto.

14. CUIDADO DE LAS RUEDAS

1. Limpiar las ruedas con agua tibia y detergente neutro. Secar con un paño limpio.
2. Lubricar las ruedas periódicamente.










15. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN

No eliminar el producto junto con los desechos sólidos urbanos. Para la eliminación del producto, entregarlo en una isla ecológica municipal en vistas del posterior reciclado de los materiales.

16. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas en cm*

Dimensiones y pesos

									
RP686A									
RP686B	61	80-90	55	60	43	9 Kg	20	20	136 Kg
RP686R									

* Las medidas pueden variar de ± 1 cm

17. REPUESTOS/ACCESORIOS

Para los repuesto y accesorios se refieran al catálogo Moretti S.p.A.

18. GARANTÍA

Todos los productos MORETTI tienen una garantía de 2 años de la fecha de venta por defectos de fabricación o de material. La garantía no se aplica en caso de daños causados por uso inadecuado, abusos, alteraciones y en caso de que no se respeten las instrucciones de uso. La finalidad correcta del producto está indicada en el manual de instrucciones. Moretti no es responsable por los daños provocados de una instalación o uso del dispositivo no conforme con las instrucciones que se encuentran en el manual para la instalación, el montaje y el uso. Moretti no garantiza los productos Moretti por daños o defectos en las condiciones siguientes: calamidades, operaciones de mantenimiento o reparación no autorizadas, daños causados por el alimentación eléctrica (donde está), uso de piezas no suministradas por Moretti, por no respetar las instrucciones de uso, modificaciones no autorizadas, daños de expedición (distintas de las expediciones originales de Moretti), falta del mantenimiento indicado por el manual. No están cubiertas por la garantía piezas sujetas al deterioro si el daño es causado por normal uso del producto..

18.1 Reparaciones

Reparaciones en garantía: En caso de que un producto Moretti tenga defectos de material o fabricación durante del periodo de la garantía, Moretti evaluará con el cliente si el defecto del producto está cubierto por la garantía. Moretti, según su incontestable criterio, puede substituir o reparar el artículo en garantía a través de un distribuidor Moretti o en sus mismas oficinas. Los gastos de la mano de obra por la reparación del producto pueden ser a cargo de Moretti si el producto está cubierto por la garantía. Una reparación o substitución no renueva ni extiende la garantía.

Reparación de un producto no cubierto por garantía: Previa autorización de Moretti se puede devolver por reparación un producto que no esté más cubierto por la garantía. Los gastos de la mano de obra y de los portes relativos a una reparación que no esté cubierta por la garantía son completamente a cargo del cliente o distribuidor. Las reparaciones de productos no en garantía se garantizan por los 6 meses siguientes de la fecha de entrega del producto reparado.

Productos no defectuosos: Moretti avisará al cliente si después de probar el producto constatará que no es defectuoso. Moretti devolverá el producto al cliente que se cargará de los gastos de los portes para la devolución.

18.2 Repuestos

Los repuestos originales Moretti son garantizados por 6 meses a partir de la fecha de entrega del repuesto.

18.3 Cláusulas exonerativas

Salvo indicación expresada en esta garantía y dentro de los límites de la ley, Moretti no ofrece ninguna declaración, garantía o condición, expresa o implícita, incluyendo todas las declaraciones, garantías o condiciones de comerciabilidad, adecuación para un propósito particular, no infracción y no interferencia. Moretti no garantiza que el uso del producto Moretti será sin interrupción o sin errores. La duración de cualquier garantía implícita que se puede imponer por ley se limita al período de garantía, dentro de los límites de la ley. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes relacionados con productos para consumidores finales. En esos estados o países, algunas

**MOPEDIA**
CERTIFICADO DE GARANTÍA

Producto _____

Fecha de compra _____

Distribuidor _____

Calle _____ Localidad _____

Vendido a _____



Calle _____ Localidad _____

 **MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.



MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com

